Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0119**

2019-02-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	9.2	8.9 - 9.5
	RBC 10^{12}/L	4.68	4.58 - 4.78
	HGB g/L	137	135 - 139
	MCV fL	87.9	85.9 - 89.9
	PLT 10^9/L	251	236 - 266