Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0219**

2019-03-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	8.9	8.6 - 9.2
	RBC 10^{12}/L	4.54	4.44 - 4.64
	HGB g/L	136	134 - 138
	MCV fL	87.3	85.3 - 89.3
	PLT 10^9/L	251	236 - 266