Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0319**

2019-04-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	9.2	8.9 - 9.5
	RBC 10^{12}/L	4.37	4.27 - 4.47
	HGB g/L	135	133 - 137
	MCV fL	90.4	88.4 - 92.4
	PLT 10^9/L	244	229 - 259