Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0419**

2019-05-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	9.2	8.9 - 9.5
	RBC 10^{12}/L	4.40	4.30 - 4.50
	HGB g/L	137	135 - 139
	MCV fL	89.6	87.6 - 91.6
	PLT 10^9/L	239	224 - 254