Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0519**

2019-06-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	9.0	8.7 - 9.3
	RBC 10^{12}/L	4.52	4.42 - 4.62
	HGB g/L	135	133 - 137
	MCV fL	88.8	86.8 - 90.8
	PLT 10^9/L	242	227 - 257