Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0819**

2019-09-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	9.0	8.7 - 9.3
	RBC 10^{12}/L	4.53	4.43 - 4.63
	HGB g/L	138	136 - 140
	MCV fL	89.1	87.1 - 91.1
	PLT 10^9/L	256	241 - 271