Research use only

SC-CAL PLUS

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

LOT **PLUS0919**

2019-10-05

Instrument	Parameter	Calibration Values	Acceptable Range
BC-20,BC-21,BC-10,BC-11	WBC 10^9/L	8.9	8.6 - 9.2
	RBC 10^{12}/L	4.45	4.35 - 4.55
	HGB g/L	137	135 - 139
	MCV fL	89.4	87.4 - 91.4
	PLT 10^9/L	255	240 - 270